



Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
по Республике Башкортостан

## ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований законодательства  
от «16» декабря 2016 года

Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Башкортостан на основании Приказа Руководителя от 05.12.2016 П03-592л/16 проведена плановая проверка Государственное бюджетное образовательное учреждение Уфимская коррекционная школа-интернат для глухих обучающихся (ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся) (ИНН 0272001963; ОГРН 1020202361200)

Юридический адрес учреждения: 450024, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Мусоргского, дом 2  
Места осуществления деятельности: 450024, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Мусоргского, дом 2

(для юридических лиц – наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, включая места нахождения территориально обособленных подразделений и объектов, используемых для осуществления медицинской деятельности; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, места нахождения территориально обособленных подразделений и объектов, используемых для осуществления медицинской деятельности).

В ходе проверки ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся установлено, что:

1) выявлены нарушения Приказа Минздрава РФ от 21.11.2013 №822н в части недостаточности оборудования согласно стандарту оснащения: оториноскоп с набором воронок, пипетки, аппарат искусственной вентиляции легких Амбу, полотенца бумажные, гелевый охлаждающе-согревающий пакет. В работе используется грелка медицинская (производитель «КиевГума», Украина, 1998 г.в., срок годности 4 года выпуска) с механическими дефектами – требует списания. Также в работе используются медицинские изделия с истекшим сроком годности: пузыри для льда 2 ед. (производитель ОАО «Альфапластик», Россия, 2 кв. 1997 г.в., срок годности 4 года, № 18,19 в выписке из балансовой ведомости); грелка медицинская (производитель «КиевГума», Украина, 1998 г.в., срок годности 4 года, № 22 в выписке из балансовой ведомости); жгут кровоостанавливающий (производитель ОАО «Альфапластик», Россия, 3 кв. 2002 г.в., срок годности 4 года, № 20 в выписке из балансовой ведомости); жгут кровоостанавливающий (производитель не указан, СССР, 3 кв. 1980 г.в., срок годности 4 года, № 21 в выписке из балансовой ведомости).

2) в нарушение статьи п. 3 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ в ходе проверки выявлено, что в работе используются медицинские изделия с истекшим сроком годности: пузыри для льда 2 ед. (производитель ОАО «Альфапластик», Россия, 2 кв. 1997 г.в., срок годности 4 года, № 18,19 в выписке из балансовой ведомости); грелка медицинская (производитель «КиевГума», Украина, 1998 г.в., срок годности 4 года, № 22 в выписке из балансовой ведомости); жгут кровоостанавливающий (производитель ОАО «Альфапластик»,

Россия, 3 кв. 2002 г.в., срок годности 4 года, № 20 в выписке из балансовой ведомости); жгут кровоостанавливающий (производитель не указан, СССР, 3 кв. 1980 г.в., срок годности 4 года, № 21 в выписке из балансовой ведомости). В представленном договоре на техническое обслуживание медицинской техники с ГУП «Медтехника» от 26.01.2016 №2869/Л-16 отсутствуют весы медицинские РП-150 (всего в работе используются 2 единицы, поставлено на техническое обслуживание 1 единица), а также тонометр ИАД-01 «Адьютор». Также в работе используется незарегистрированное в установленном порядке медицинское изделие – носилки брезентовые, без маркировки, документов на данное изделие не представлено;

3) в нарушение ст. 90 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ документы по осуществлению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности не представлены, также в ходе проведения проверки установлено, что добровольное информированное согласие на оказание медицинской помощи в части медицинских карт отсутствует.

С целью предупреждения возникновения нарушений предлагаю:

- 1) Рассмотреть настоящее Предписание;
- 2) по пункту 1 настоящего предписания: доукомплектовать оснащение медицинского блока в соответствии со стандартом, утвержденным Приказом Минздрава РФ от 21.11.2013 №822н;
- 3) по пункту 2 настоящего предписания: обеспечить использование в медицинской деятельности медицинских изделий с актуальными сроками годности. Обеспечить техническое обслуживание медицинских изделий;
- 4) По пункту 3 настоящего предписания: обеспечить оформление добровольных информированных согласий на оказание медицинской помощи.  
(указать обязательные мероприятия для устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Директора ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся Ахмадиеву А.Х.

Срок исполнения предписания до 01.03.2017.

Должностные лица:

Мавлютов Р.О. – главный специалист отдела  
контроля за переданными полномочиями  
и лицензирования  
(Должность, ФИО)

  
(подпись)